



RETIFICAÇÃO

Retifica-se o edital da **Intenção de Dispensa N°120/2024** – Aquisição de monitores multiparâmetro destinados para as triagens nas unidades de saúde, fica retificado o seguinte item:

Onde se lê:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor unit. Máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	02	Unid	MONITOR MULTIPARÂMETRO	R\$8.673,33	R\$17.346,66

Leia-se:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor unit. Máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	02	Unid	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA TRIAGEM MONITOR DE TRIAGEM PARA INTERNAÇÃO E MONITORAMENTO CONTÍNUA, INDICADO AO USO EM PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.	R\$8.673,33	R\$17.346,66



			DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE, PESO MENOR QUE 2KG. TELA DE NO MÍNIMO 4", BOTÕES DE ACESSO RÁPIDO, ALARMES VISUAIS E SONOROS, PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE SPO2 E PRESSÃO NÃO INVASIVA. MEDIÇÃO RÁPIDAS DE TODOS OS PARÂMETROS. MONITORAÇÃO DE OXIMETRIA DE PULSO, COM TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSÃO NELLCOR, MASIMO OU FAST SPO2, FAIXA DE MEDIDA DE 1% A 100%, FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA DE PULSO DE 20 A 250 BPM, CAPTURA DA BAIXA PERFUSÃO. MONITORAÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, TECNOLOGIA SUNTECH, MÉTODO OSCILOMÉTRICO COM MEDIDAS DE PRESSÕES SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA, COM COMANDO MANUAL OU TEMPORIZADO,		
--	--	--	--	--	--



			FAIXA DE MEDIDA DE 10 A 240 MMHG COM PROTEÇÃO PARA EVITAR INSUFLAÇÃO ACIMA DE 330 MMHG. TEMPERATURA COM MEDIÇÃO INFRATERMELHA DE ALTA PRECISÃO, COM MEDIDORES DE TEMPERATURA, SEM A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DESCARTÁVEIS PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO". POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS QUE PERMITE DEMONSTRAR POSTERIORMENTE HISTÓRICO DAS MEDIDAS REALIZADAS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 400 PACIENTES, TENDÊNCIA DOS SINAIS VITAIS DAS ÚLTIMAS 72 HORAS, CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO VIA WIFI (IMPLANTADO INTERNAMENTE NO EQUIPAMENTO) E RJ45, COM PROTOCOLO HL7 PARA INTEGRAÇÃO COM		
--	--	--	--	--	--



			QUALQUER PLATAFORMA DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DE PACIENTES OU SALAS INTELIGENTES ATRAVÉS DO PROTOCOLO HL7 DE COMUNICAÇÃO. CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA INSTANTÂNEA (NO MODO WIFI) AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM SISTEMA JÁ IMPLANTADO NA ENTIDADE, POSSIBILIDADE DE USO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO DE DADOS.		
--	--	--	--	--	--

OBS: Qualquer informação poderá ser esclarecida pelo e-mail compras@generalcamara.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3655-1399.

General Câmara, 19 de Agosto de 2024.

MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA

Helton Holz Barreto – Prefeito Municipal